

Relatório Gerencial 2010

Este relatório visa relatar, numa perspectiva gerencial, o nível de desempenho geral do participante no momento da geração deste documento.

Este relatório é um complemento da Avaliação Mensal e deve ser usado em uma análise inicial para rastrear os ensaios com baixo desempenho e necessidade de ações de melhoria. É importante consultar as avaliações disponíveis neste site para a análise das causas.

A avaliação é composta pelo "Relatório de Avaliação", que contém sua avaliação detalhada, o "Perfil de Resultados", que apresenta o resumo dos resultados dos laboratórios participantes e Comentários Técnicos, com análise dos erros mais frequentes/relevantes e indicativos de possíveis causas.

Para verificar a eficácia das ações corretivas, o laboratório pode adquirir itens de ensaio de rodadas passadas.

NÍVEL DE DESEMPENHO GERAL EM PROFICIÊNCIA CLÍNICA

» Total de ensaios avaliados:	131	não inclui ensaios educativos
» Total de ensaios adequados:	121 (92.37%)	(%A atual >= %A requerido)
» Total de ensaios inadequados:	10 (7.63%)	(%A atual < %A requerido)
» Ensaios educativos:	18	

ENSAIOS INADEQUADOS EM PROFICIÊNCIA CLÍNICA

Módulo - Ensaio	%A Atual	%A Requerido
» Citometria de Fluxo - CD 19 +	57	80
» Citometria de Fluxo - CD 3 +	67	80
» Citometria de Fluxo - CD 3 + CD4 +	67	80
» Citometria de Fluxo - CD 3 + CD 8 +	67	80
» Hematologia Automação (tipo 1) Hemoscreen - S3 - Hematologia Automação	29	80
» Líquidos Corporais Contagem Celular - Células Mesoteliais (CME)	67	80
» Líquidos Corporais Contagem Celular - Monócitos (MONO)	50	80
» Líquor II Dosagens - Sódio	44	80
» Sorologia II - Resultado Anti HBc	67	80
» Sorologia II - Resultado Anti HCV	67	80

Legenda: %A atual: grau de desempenho obtido pelo laboratório até a geração deste documento.
%A requerido: grau de desempenho mínimo definido no Procedimento ANVISA/GGLAS 02/43

Situação em: 18/06/2010

As informações contidas neste relatório são parciais e sujeitas a alterações até a finalização do ano vigente.