

Relatório de Avaliação - Proficiência em Hemoterapia

Participante xxxx
 Módulo Hemocomponentes (parte I)
 Rodada Jul/2011

Página 1 / 2
 Emissão 15/08/2011



Ensaio/ Unidade	Relatório de Avaliação										Relatório Cumulativo				
	Item	GA	Qtd.	Média	DP	CV%	Faixa de Avaliação	Res.	ID	Aval.	Rodada				%A
Sistema Analítico											Out/2010	Jan/2011	Abr/2011	Jul/2011	
Grau de Hemólise (%) MET Espectrofotometria EQU Spectronic Educator	CHH01	03	30	0,049	0,031	63,3	0 a 0,14	0,04	—	1A	3A	2A	3A	3A	92
	CHH02	03	30	0,026	0,015	57,7	0 a 0,07	0,02	—	1A		1I			
	CHH03	03	30	0,063	0,031	49,2	0 a 0,13	0,04	-0,38	1A					
Leucócitos (10³/μL) EQU Coulter T890	LEU01	07	6	4,16	0,262	6,3	2,49 a 5,83	4,00	-0,1	1A	3A	2A	3A	3A	92
	LEU02	07	6	1,192	0,301	25,3	0,71 a 1,67	1,50	0,65	1A		1I			
	LEU03	07	6	1,742	0,309	17,7	1,04 a 2,44	2,00	0,37	1A					
Proteína residual (mg/dL) KIT Vitros - Corante Azo EQU Vitros 250/ 350	PTR01	75	35	93,3	7,5	8	69 a 117	90	-0,13	1A	2A	3A	3A	3A	100
	PTR02	75	35	147,3	10,5	7,1	110 a 185	146	-0,04	1A	1NA21				
	PTR03	75	35	40,5	7,2	17,8	30 a 51	41	0,05	1A					
Hemoglobina (g/dL) EQU Coulter T890	HBHT01	07	7	14,99	0,35	2,3	13,7 a 16,2	14,8	-0,12	1A	3A	3A	3A	3A	100
	HBHT02	07	7	14,7	0,45	3,1	13,5 a 15,9	14,3	-0,33	1A					
	HBHT03	07	7	21,7	0,54	2,5	19,9 a 23,5	21,2	-0,28	1A					
Hematócrito (Automação) (%) EQU Coulter T890	HBHT01	07	7	45,46	0,7	1,5	42,2 a 48,7	44,8	-0,2	1A	3A	3A	3A	3A	100
	HBHT02	07	7	44,63	1,01	2,3	41,5 a 47,8	43,0	-0,52	1A					
	HBHT03	07	7	66,03	2,01	3	61,4 a 70,7	64,4	-0,35	1A					
Hematócrito (Microhematócrito) (%) FAB Microspin MOD Spin 1000	HBHT01	08	26	50,83	3,22	6,3	45,7 a 56	51,0	0,03	1A	3A	3A	3A	3A	100
	HBHT02	08	26	46,15	2,66	5,8	41,5 a 50,8	43,0	-0,68	1A					
	HBHT03	08	23	77,53	5,92	7,6	69,7 a 85,3	80,0	0,32	1A					
Plaquetas (Automação) (x10⁵/μL) EQU Coulter T890	PLT01	07	6	6,682	0,703	10,5	4,34 a 9,03	6,71	0,01	1A	3I	3I	3A	3A	50
	PLT02	07	6	11,562	1,476	12,8	7,51 a 15,61	11,55	0	1A					
	PLT03	07	6	5,267	0,702	13,3	3,42 a 7,12	5,10	-0,09	1A					

A Adequado
 I Inadequado
 NR Não realizado

NR*/A*/I* Sem efeito para o %A
 EDU Ensaio oferecido por educação
 NPJ Não participação justificada

(*) Resultado da rodada especial
 NA02 Não avaliado por atraso no reporte dos resultados
 NA08 Não avaliado por decisão do Grupo Assessor

NA10 Não avaliado por não formação de grupo
 NA12 Não avaliado por resultado calculado a partir de outros ensaios
 ou por sistema analítico não identificado ou impróprio

NA21 Soma de NA08, NA10 e NPJ
 NA22 Soma de NA02 e NA12
 ** Dado normalizado

Relatório de Avaliação - Proficiência em Hemoterapia

Participante xxxxx
 Módulo Hemocomponentes (parte I)
 Rodada Jul/2011

Página 2 / 2
 Emissão 15/08/2011



Ensaio1	Relatório de Avaliação					Relatório Cumulativo				
	Item	GA	Resultado(s) Aceitos(s)	Resultado do Participante	Aval.	Out/2010	Jan/2011	Abr/2011	Jul/2011	%A
Sistema Analítico										
Leucócito residual (µL)	LEUR01	08	4,2 a 45	7,7	1A	3A	1A	2A	3A	90
EQU Câmara de Nageotte	LEUR02	08	0 a 7,8	1,9	1A		1I 1NA21	1NA21		
	LEUR03	08	25 a 88	54,8	1A					
Hemácia residual (mL (x 10⁶))	HPLR01	08	0,202 a 0,798	0,440	1A	3A	3A	3A	2A	92
EQU Câmara de Nageotte	HPLR02	08	0,027 a 0,373	0,100	1A				1I	
	HPLR03	08	0 a 0,209	0,300	1I					
Plaqueta residual (mL (x 10⁶))	HPLR01	—	—	2,400	1NA08	3NA21	3NA21	3NA21	3NA21	EDU
EQU Câmara de Nageotte	HPLR02	—	—	1,600	1NA08					
	HPLR03	—	—	1,100	1NA08					
Plaquetas (Manual) (x10⁵/µL)	PLT01	—	—	—	1NR	3NR	3NR	3NR	3NR	NR
	PLT02	—	—	—	1NR					
	PLT03	—	—	—	1NR					

A Adequado
 I Inadequado
 NR Não realizado

NR*/A*/I* Sem efeito para o %A
 EDU Ensaio oferecido por educação
 NPJ Não participação justificada

(*) Resultado da rodada especial
 NA02 Não avaliado por atraso no reporte dos resultados
 NA08 Não avaliado por decisão do Grupo Assessor

NA10 Não avaliado por não formação de grupo
 NA12 Não avaliado por resultado calculado a partir de outros ensaios
 ou por sistema analítico não identificado ou impróprio

NA21 Soma de NA08, NA10 e NPJ
 NA22 Soma de NA02 e NA12
 ** Dado normalizado