

Maglumi - Q # Maglumi - 800	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Cobas e801 - EQ # Cobas E411	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Advia Centaur - Q # Immulite 2000 / XPI	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Architect - Q # Architect C4000/ CI4100	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Kit - GA 04												
Architect - Q	73	10,918	0,801	7,3	73	6,642	0,487	7,3	73	0	0	0
Cobas e411/e601/ e602/ Modular/ Elecsys 2010 - EQ	39	253,231	9,4	3,7	39	236,065	9,579	4,1	39	0,351	0,062	17,7
Alinity - Q	29	10,431	0,588	5,6	29	6,486	0,181	2,8	29	0	0	0
Access - Q	25	48,25	7,305	15,1	24	31,5	3,192	10,1	24	0	0	0
Vitros - Q	18	111,612	15,278	13,7	18	40,61	5,37	13,2	18	0	0	0
Liaison - Q	14	48,308	7,728	16,0	14	24,477	4,808	19,6	14	3	0	0
Cobas e801 - EQ	11	256,191	14,073	5,5	10	234,67	6,93	3,0	11	0,376	0,054	14,4
Advia Centaur - Q	5	60,74	1,963	3,2	5	33,26	0,789	2,4	4	0,5	0	0
Vidas - EF	6	76,167	9,261	12,2	5	37,8	4,438	11,7	5	0	0	0
Atellica IM - Q	4	63,85	1,401	2,2	4	33,625	1,19	3,5	4	0,5	0	0
Immunité 2000 - Q	4	41,3	1,761	4,3	4	28	1,615	5,8	4	5	0	0
Biolis-a-EIA	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Maglumi - Q	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Resultados adequados			93,9%				94,8%				99,1%	
Limite			23 %				23 % ou faixa manual ¹				23 % ou faixa manual ¹	

IC IgG - Interpretação**Item ITOX01 - resultados individuais**

Part.	Kit	Resposta
13561	(Outro não listado)	Reativo

Item ITOX02 - resultados individuais

Part.	Kit	Resposta
13561	(Outro não listado)	Reativo

Item ITOX03 - resultados individuais

Part.	Kit	Resposta
13561	(Outro não listado)	Não Reativo

IFI IgG - Título ***Item ITOX01 - resultados individuais**

Part.	Kit	Resposta
12553	Próprio - IFI	1:128
221	Wama - IFI	1:256

Item ITOX02 - resultados individuais

Part.	Kit	Resposta
12553	Próprio - IFI	1:64
221	Wama - IFI	1:1000

Item ITOX03 - resultados individuais

Part.	Kit	Resposta
12553	Próprio - IFI	Não reagente
221	Wama - IFI	Não reagente

IFI IgG - Interpretação

	Item ITOX01				Item ITOX02				Item ITOX03			
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit - GA 04												
Wama - IFI	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - IFI	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	2	100,0	-	-	2	100,0	-	-	2	-	100,0	-
Resultado(s) aceito(s)												
Resultados adequados			100,0%				100,0%				100,0%	

EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM - Valor (DO/CO-Índice) *

	Item ITOX01				Item ITOX02				Item ITOX03			
	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	M	DP	CV%
Kit - GA 04												
Architect Q - Índice	71	0,0766	0,0272	35,5	70	0,0752	0,0255	33,9	71	0,1339	0,0349	26,1
Cobas e411/ e601/ e602/ Modular/ Elecsys 2010 EQ - Índice	39	0,3314	0,0277	8,4	39	0,2323	0,0212	9,1	39	0,2479	0,0277	11,2
Alinity Q - Índice	27	0,0876	0,0126	14,4	27	0,0914	0,0138	15,1	27	0,1787	0,0157	8,8
Access Q - Índice	24	0,196	0,0324	16,5	24	0,1698	0,0294	17,3	23	0,1147	0,0174	15,2
Vitros Q - Índice	19	0,06	0	*	19	0,0916	0,0109	11,9	19	0,0391	0,0122	31,2
Cobas e801 - EQ	11	0,3427	0,0219	6,4	11	0,2385	0,0324	13,6	11	0,2481	0,0333	13,4
Vidas EF - Índice	6	0,0273	0,0151	*	5	0,0364	0,0211	*	6	0,1675	0,1093	*

Advia Centaur Q - Índice	6	0,1077	0,0653	*	6	0,1732	0,1153	*	2	-	-	-
Immulate 2000 Q - Índice	4	0,0583	0,0096	16,5	4	0,038	0,0065	17,1	4	0,02	0,0075	37,5
Atellica IM Q - Índice	3	0,1533	0,0586	38,2	4	0,2125	0,0685	32,2	-	-	-	-
Biolisa EIA - Índice	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
Vircell EIA - Índice	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Diapro EIA - Índice	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-

EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM - Interpretação

	Item ITOX01				Item ITOX02				Item ITOX03			
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit - GA 04												
Architect Q - Índice	73	-	100,0	-	73	1,4	98,6	-	73	-	100,0	-
Cobas e411/ e601/ e602/ Modular/ Elecsys 2010 EQ - Índice	39	-	100,0	-	39	-	100,0	-	39	2,6	97,4	-
Alinity Q - Índice	27	-	100,0	-	27	-	100,0	-	27	-	100,0	-
Access Q - Índice	24	-	100,0	-	24	-	100,0	-	23	-	100,0	-
Vitros Q - Índice	19	-	100,0	-	19	-	100,0	-	19	-	100,0	-
Cobas e801 - EQ	11	-	100,0	-	11	-	100,0	-	11	-	100,0	-
Advia Centaur Q - Índice	8	-	100,0	-	8	-	100,0	-	8	-	100,0	-
Vidas EF - Índice	6	-	100,0	-	6	-	100,0	-	6	-	100,0	-
Atellica IM Q - Índice	4	-	100,0	-	4	-	100,0	-	4	-	100,0	-
Immulate 2000 Q - Índice	4	-	100,0	-	4	-	100,0	-	4	-	100,0	-
Biolisa EIA - Índice	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
Vircell EIA - Índice	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Diapro EIA - Índice	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	219	-	100,0	-	219	0,5	99,5	-	218	0,5	99,5	-
Resultado(s) aceito(s)	Não Reativo				Não Reativo				Não Reativo			
Resultados adequados	100,0%				99,5%				99,5%			

EIA/EF/EQ/Q (U/mL) IgM - Valor (U/mL)

	Item ITOX01				Item ITOX02				Item ITOX03			
	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	M	DP	CV%
Kit/Equipamento - GA 75												
Liaison - Q # Liaison XL	13	3	0	*	13	3	0	*	13	3	0	*
Liaison - Q # Liaison	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
Liaison - Q # Architect i2000	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Maglumi - Q # Maglumi - 800	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Kit - GA 04												
Liaison - Q	16	3	0	0	16	3	0	0	16	3	0	0
Maglumi - Q	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Resultados adequados	100%				100%				100%			
Limite	2 DP ou faixa manual ¹				2 DP ou faixa manual ¹				2 DP ou faixa manual ¹			

IC IgM - Interpretação**Item ITOX01 - resultados individuais**

Part.	Kit	Resposta
13561	(Outro não listado)	Não Reativo

Item ITOX02 - resultados individuais

Part.	Kit	Resposta
13561	(Outro não listado)	Não Reativo

Item ITOX03 - resultados individuais

Part.	Kit	Resposta
13561	(Outro não listado)	Não Reativo

IFI IgM - Título ***Item ITOX01 - resultados individuais**

Part.	Kit	Resposta
221	Flucon - IFI	Não reagente

Item ITOX02 - resultados individuais

Part.	Kit	Resposta
221	Flucon - IFI	Não reagente

Item ITOX03 - resultados individuais

Part.	Kit	Resposta
221	Flucon - IFI	Não reagente

IFI IgM - Interpretação**Item ITOX01 - resultados individuais**

Part.	Kit	Resposta
221	Fluocon - IFI	Não Reativo
Item ITOX02 - resultados individuais		
Part.	Kit	Resposta
221	Fluocon - IFI	Não Reativo
Item ITOX03 - resultados individuais		
Part.	Kit	Resposta
221	Fluocon - IFI	Não Reativo

EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgA - Valor (DO/CO-Índice) *

Item ITOX01 - resultados individuais			
Part.	Kit	Equipamento	Valor
9466	Euroimmun - EIA	EUROLabWorkstation	0,170
25	Euroimmun - EIA	Sprinter XL	0,180
Item ITOX02 - resultados individuais			
Part.	Kit	Equipamento	Valor
9466	Euroimmun - EIA	EUROLabWorkstation	0,060
25	Euroimmun - EIA	Sprinter XL	0,070
Item ITOX03 - resultados individuais			
Part.	Kit	Equipamento	Valor
9466	Euroimmun - EIA	EUROLabWorkstation	0,030
25	Euroimmun - EIA	Sprinter XL	0,040

EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgA - Interpretação

Item ITOX01 - resultados individuais			
Part.	Kit	Equipamento	Resposta
9466	Euroimmun - EIA	EUROLabWorkstation	Não Reativo
25	Euroimmun - EIA	Sprinter XL	Não Reativo
Item ITOX02 - resultados individuais			
Part.	Kit	Equipamento	Resposta
9466	Euroimmun - EIA	EUROLabWorkstation	Não Reativo
25	Euroimmun - EIA	Sprinter XL	Não Reativo
Item ITOX03 - resultados individuais			
Part.	Kit	Equipamento	Resposta
9466	Euroimmun - EIA	EUROLabWorkstation	Não Reativo
25	Euroimmun - EIA	Sprinter XL	Não Reativo

EIA/EF/EQ/Q (U/mL) IgA - Valor (U/mL)**IC IgA - Interpretação**

Nenhum grupo foi formado para esse ensaio.

IFI IgA - Título *

Nenhum grupo foi formado para esse ensaio.

IFI IgA - Interpretação

Nenhum grupo foi formado para esse ensaio.

AL/HAI/IFI Total - Título ***AL/HAI/IFI Total - Interpretação****(Índice) Avidéz de IgG - Valor (Índice) * - Educativo**

	Item ITOX01				Item ITOX02				Item ITOX03				
	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	M	DP	CV%	
Kit - GA 04													
Liaison XL Q - Índice	4	0,409	0,0904	22,1	4	0,5605	0,1481	26,4	1	-	-	-	
Vidas ELFA - Índice	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

(Índice) Avidéz de IgG - Interpretação - Educativo

Item ITOX01				Item ITOX02				Item ITOX03						
Qtd	Alta Avidéz(%)	Baixa Avidéz(%)	Indeterminado(%)	Não realizado (IgG Negativo)(%)	Qtd	Alta Avidéz(%)	Baixa Avidéz(%)	Indeterminado(%)	Não realizado (IgG Negativo)(%)	Qtd	Alta Avidéz(%)	Baixa Avidéz(%)	Indeterminado(%)	Não realizado (IgG Negativo)(%)

Kit - GA 04														
Liaison XL Q - Índice	4	100,0	-	-	-	4	100,0	-	-	-	3	-	-	100,0
Vidas ELFA - Índice	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	5	100,0	-	-	-	5	100,0	-	-	-	4	-	-	100,0
Resultado(s) aceito(s)	Alta Avidex					Alta Avidex					Não realizado (IgG Negativo)			
Resultados adequados	-					-					-			

(% Avidex) Avidex de IgG - Valor (%) * - Educativo													
	Item ITOX01				Item ITOX02				Item ITOX03				
	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	M	DP	CV%	
Kit - GA 04													
Alinity Q - %Avi	7	76,7	0,5	0,7	8	84,3	0,5	0,6	2	-	-	-	-
Architect Q - %Avi	7	78,1	1,9	2,4	6	83,7	0,5	0,6	3	0	0	*	
Próprio - %Avi	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

(% Avidex) Avidex de IgG - Interpretação - Educativo															
	Item ITOX01				Item ITOX02				Item ITOX03						
	Qtd	Alta Avidex(%)	Baixa Avidex(%)	Indeterminado(%)	Não realizado (IgG Negativo)(%)	Qtd	Alta Avidex(%)	Baixa Avidex(%)	Indeterminado(%)	Não realizado (IgG Negativo)(%)	Qtd	Alta Avidex(%)	Baixa Avidex(%)	Indeterminado(%)	Não realizado (IgG Negativo)(%)
Kit - GA 04															
Alinity Q - %Avi	8	100,0	-	-	-	8	100,0	-	-	-	7	-	-	-	100,0
Architect Q - %Avi	7	100,0	-	-	-	7	100,0	-	-	-	6	-	-	-	100,0
Próprio - %Avi	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	16	100,0	-	-	-	16	100,0	-	-	-	14	-	-	-	100,0
Resultado(s) aceito(s)	Alta Avidex					Alta Avidex					Não realizado (IgG Negativo)				
Resultados adequados	-					-					-				

Versão Novembro 2019

Informações sobre o ensaio de proficiência

Informações detalhadas de participação são descritas no documento "Manual do Participante".

O participante deve designar um administrador para o programa, optando por participar via Sistema Online (Internet).

O administrador deve gerir o relacionamento com a Controllab, manter os dados cadastrais atualizados, garantir o cumprimento dos prazos e analisar os resultados. Para ele, são encaminhados os materiais e as correspondências.

O administrador recebe uma senha de acesso para gerenciar o programa e delegar atividades.

Os itens de ensaio devem ser tratados da mesma maneira que materiais de rotina, com relação a tempo, repetição de ensaio, procedimento de preparo para análise e método de ensaio. O laboratório deve evitar a troca de informações sobre resultados com participantes e o envio dos itens para ensaio por outros laboratórios, para que os resultados sejam efetivos e representativos da sua rotina.

É responsabilidade do laboratório cumprir prazos e participar ininterruptamente do programa. Resultados não reportados ou remetidos após o prazo não são avaliados e influenciam no grau de desempenho anual (%A) do laboratório.

Cronograma Geral

Os módulos são padronizados com uma determinada quantidade de itens de ensaio por ano (conforme variações abaixo), distribuídos em rodadas trimestrais, quadrimestrais ou semestrais. Desta forma, o laboratório recebe, mensalmente, grupos específicos de módulos, conforme calendário anual previamente definido.

1. Recebimento do Material - A rodada é enviada, via transportadora (Correios/Sedex, DHL, Jadlog etc.), até a quarta-feira da semana programada para ser recebida pelo participante na mesma semana. O participante tem uma semana para avisar sobre o não-recebimento ou a avaria do material.

2. Realização dos Ensaio e Envio dos Resultados - O laboratório tem duas semanas para realizar os ensaios (exceções conforme variações a seguir) e enviar os resultados. Para isto, deve executá-los de maneira rotineira, empregando as mesmas metodologias, dentro do prazo estipulado e seguindo as instruções de uso disponibilizadas. No caso de perda do material, tem a opção de adquirir novo material.

3. Avaliação da rodada - Em até três semanas, a Controllab realiza a análise dos dados, responde às dúvidas e elabora resumos estatísticos e comentários técnicos, junto ao Grupo Assessor. Os relatórios relacionados à avaliação são disponibilizados na Internet.

Os participantes recebem o aviso de liberação da avaliação por email.

Variações são previstas para alguns módulos:

» na quantidade de itens de ensaio - 8 a 20 itens por ano, conforme restrição de materiais ou necessidade de maior volume de controles;

» no prazo para realização de ensaios - 1 a 9 semanas, de acordo com estabilidade dos itens, processo de análise e rotina laboratorial;

» no prazo de avaliação - 1 a 4 semanas, conforme tipo de ensaio, complexidade dos dados a serem analisados e necessidade de contato com os participantes.

Contato com a Controllab

O participante deve realizar análise crítica da avaliação de cada rodada e definir ações de melhoria e correção para os resultados discordantes. Em caso de dúvida ou discordância (apelo dos resultados), deve entrar em contato com a Controllab para troca de informações e consenso de opiniões.

A equipe Controllab está disponível por email (atendimento@controllab.com) e telefone (+55 21 3891-9900) para esclarecer dúvidas e ajudar os participantes a utilizar o controle de qualidade.

Coordenação do Ensaio de Proficiência

Gerente Técnico. Vinicius de Almeida Biasoli. Responsável geral pela gestão dos serviços da empresa e pela emissão de todos os relatórios de ensaio de proficiência.

Gestor de Serviços. Rafael Lopes. Responsável pelos serviços da empresa, o que incluiu documentos e orientações gerais aos participantes, a avaliação de resultados do ensaio de proficiência e pela emissão de todos os relatórios de ensaio de proficiência.

Serviços subcontratados

O Controle de Qualidade dos Materiais (CQM) pode ser realizado por laboratórios subcontratados competentes para execução da(s) atividade(s) subcontratada(s). Ressaltamos que a preparação e avaliação do desempenho do material não são subcontratadas, sendo o provedor do ensaio de proficiência responsável por esse serviço. Esta informação consta no documento "Instrução de Uso e Critérios Adicionais" disponível no sistema online, para cada módulo havendo necessidade.

Sigilo

A Controllab tem sua atividade regulamentada por leis federais e estaduais brasileiras, tendo sido a primeira empresa a receber o selo REBLAS/ Anvisa para atuar como provedor de ensaio de proficiência, atividade que requer a obtenção de determinados dados referentes a exames clínicos. A Controllab possui o compromisso de manter sigilo sobre todos os resultados individuais dos participantes. Esses resultados são acessíveis apenas ao participante, que é responsável por sua divulgação. Nenhum membro do grupo assessor da Controllab, Sociedades Científicas ou qualquer outra entidade tem acesso aos dados dos laboratórios.

Existem hipóteses, previstas em lei, que tornam necessária a transferência desses dados (desde que autorizadas previamente pelo participante), como por exemplo, o envio de determinados dados para entidades governamentais ou organismos de acreditação. Nesses casos, a Controllab enviará uma notificação ao laboratório participante, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Para mais informações, consulte a política de privacidade e termo de consentimento disponíveis no menu do Sistema Online.

A Controllab segue um rigoroso Código de conduta ética & compliance em suas atividades e com as empresas parceiras.

Homogeneidade e estabilidade dos materiais

Os programas são estruturados e organizados de acordo com a ISO 17043. Seus critérios estatísticos e de avaliação se baseiam na ISO 5725, ISO13528 e em práticas internacionais. Além disso, os itens de ensaio são produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação e aprovados quanto a homogeneidade e estabilidade, conforme protocolo internacional da AOAC/ISO/IUPAC.

» ABNT NBR ISO/IEC 17043: 2011 - Avaliação de conformidade - Requisitos gerais para ensaios de proficiência.

» NIT-DICLA-059 - Aplicação dos Requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011.

» AOAC/ISO/IUPAC: 2004 - Protocolo Internacional Harmonizado para Ensaios de Proficiência.

» ISO 5725: 1994 - Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results.

» RDC Nº16, de 28 de março de 2013 - Boas Práticas de Fabricação e Controle em Estabelecimentos de Produtos para Diagnóstico de uso "in vitro".

» ISO13528: 2015 - Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

As análises de homogeneidade/estabilidade estão disponíveis para consulta dos laboratórios se necessário.

Os itens de ensaio são sintéticos ou obtidos a partir de soro, plasma, sangue total, urina, fezes, e outros materiais biológicos, de origem humana ou animal, fornecidos na forma liofilizada ou líquida. As matrizes, sempre que pertinente e viável, são idênticas às analisadas na rotina laboratorial, podendo ser obtidas junto aos próprios participantes.

Estes itens são embalados em sachês plásticos, a fim de atender às normas de biossegurança, e enviados em isopor, com gelo reciclável ou seco, conforme o tipo de material e sua estabilidade com relação à temperatura.

Materiais destinados a ensaios microscópicos podem também ser fornecidos digitalizados (digitalização de uma área da lâmina para análise similar a da rotina). Este recurso proporciona o ensaio de proficiência quando há escassez de matéria-prima, baixa estabilidade de materiais e ainda possibilita ampliar a diversidade de casos abordados, excelente qualidade e padronização do conteúdo disponibilizado e mais consistência das avaliações.

A descrição de cada item de ensaio, o procedimento de uso e outras informações relacionadas são descritas na "Instrução de Uso e Critérios Adicionais" de cada módulo.

O manuseio e correto descarte dos materiais são de responsabilidade do laboratório, devendo ocorrer conforme normas de biossegurança e de descarte adotados na rotina.

Valor Designado

Estatística de Grupo

1 Formação dos Grupos

Os resultados são agrupados em ordem decrescente de afinidade do sistema analítico adotado pelos participantes (reagente, método, equipamento etc.).

2. Tratamento dos dados

Para grupos que apresentam número de participantes maior ou igual a 12, adota-se estatísticas robustas (usualmente adota-se o Algoritmo A para dados quantitativos e quartil para contagens) para análise dos dados e minimização do impacto de resultados discrepantes, conforme preconizado na ISO 13528 (ANEXO C).

Para grupos que apresentam número de participantes menores que 12 são aplicados métodos estatísticos tradicionais, associados a técnicas de reamostragem (ISO 13528 item 7.2.2). Em situações específicas, outras técnicas também podem ser utilizadas (ISO 13528 itens 7.8) a fim de complementar os resultados obtidos pelas técnicas citadas anteriormente e garantir que o grupo está apto para avaliação.

Quando os dados precisam ser normalizados ou opta-se por algum método diferenciado, o tratamento aplicado é descrito na instrução de uso (critérios específicos de avaliação)

3 Resumo Estatístico dos Resultados

O "Perfil de Resultados" apresenta os grupos de avaliação formados (GA), com a respectiva quantidade de dados (QTD), valor alvo (M - média, mediana etc), medidas de dispersão (DP - desvio padrão, DAM - desvio absoluto mediano, 1ºQ - 1º Quartil, 3ºQ - 3º Quartil, DIQ - Desvio interquartilico etc), coeficiente de variação (CV), Valor Mínimo (Mín) e Valor Máximo (Máx), após redução do impacto de outliers.

A representação da estatística com Mediana, 1ºQ (25% dos dados), 3ºQ (75% dos dados), DIQ, Valores Mínimo e Máximos da distribuição pode ser utilizada dependendo do tipo de distribuição dos dados quantitativos, como por exemplo, para contagens não automatizadas.

Este documento apresenta ainda os limites adotados para cálculo da faixa de avaliação e o percentual geral de acerto (adequação). Inclui também comentários técnicos dos assessores.

Um grupo pode ser desconsiderado para avaliação se possuir grande variação (CV) ou por decisão do grupo assessor. Uma análise estatística da dispersão histórica dos resultados e entre os grupos define quais grupos apresentem uma dispersão esperada e podem ser avaliados. Para a formação do grupo, são necessários, no mínimo, 5 resultados. Exceções poderão ser avaliadas após uma análise minuciosa do analista responsável pela avaliação frente ao valor alvo e/ou a incerteza apresentada pelo grupo, conforme comentários publicados no perfil dos resultados.

4 Avaliação

Para cada grupo de avaliação (GA), é calculada uma faixa (valor alvo - limite). Todos os resultados do grupo contidos nesta faixa são considerados adequados (A), e os demais, inadequados (I). Esta avaliação é reproduzida no "Relatório de Avaliação" de cada participante, que, além dos dados do laboratório e do grupo de avaliação, apresenta os índices de desvio (ID).

O ID é obtido pela fórmula: $ID = (\text{resultado} - \text{média}) / \text{limite}$. E pode ser diretamente obtido dos dados do relatório de avaliação pela fórmula: $ID = (\text{resultado} - \text{média}) / (\text{limite superior} - \text{média})$. Neste caso o limite superior é o valor máximo permitido na faixa de avaliação e o resultado pode apresentar variação na última casa decimal, devido ao truncamentos dos dados. Nos casos em que a avaliação for definida por faixa, o índice de desvio perde o seu valor e não será disponibilizado no relatório de avaliação.

Estatística de Consenso

1 Resumo Estatístico dos Resultados

A contagem de dados (QTD) com a mesma opção de resposta e o percentual relativo são apresentados no "Perfil de Resultados".

2 Definição de Resultados Aceitos

O grupo assessor define os resultados aceitos e os comentários técnicos com base em: perfil de resultados; dados do controle de qualidade e diagnóstico inicial dos materiais; metodologias empregadas; relevância clínica e grau de dificuldade/facilidade.

Em alguns casos, quando a concordância de uma maioria de um percentual predeterminado das respostas é atingida (por exemplo 80% ou mais), o valor de consenso é utilizado (ISO 17043 - Anexo B - B.2.4).

3 Avaliação

O resultado de cada participante é comparado a(o) resultado(s) aceito(s) e considerado adequado (A) quando igual ou inadequado (I) quando diferente.

Esta avaliação é reproduzida no "Relatório de Avaliação" de cada participante.

Para ensaios semi-quantitativos (ex: elementos anormais) os resultados aceitos são faixas. As opções de resposta contidas nesta faixa são consideradas adequadas (A), e as demais, inadequadas (I).

Legenda

* Item de ensaio não avaliado ou grupo não utilizado para avaliação.

R Reativo

NR Não Reativo

I Indeterminado

1 A faixa manual é definida quando um ensaio está próximo de zero ou do limite de detecção do equipamento e/ou a aplicação do limite é ineficiente.