

# Relatório de Avaliação - Proficiência em Hemoterapia

Participante

Módulo Seleção de Doadores - Geral

Rodada Abr/2021

Página 1 / 1

Emissão 28/05/2021



Ensaio/ Unidade	Relatório de Avaliação										Relatório Cumulativo			%A
	Item	GA	Qtd.	Média	DP	CV%	Faixa de Avaliação	Res.	ID	Aval.	Out/2020	Jan/2021	Abr/2021	
<b>Hemoglobina (g/dL)</b>	SDG01	08	19	10,25	0,66	6,4	8,9 a 11,6	10,1	-0,11	1A	3A	3A	3A	100
EQU Sysmex KX-21-N	SDG02	08	19	13,48	0,62	4,6	12,2 a 14,8	13,2	-0,21	1A				
	SDG03	08	19	16,82	0,58	3,4	15,6 a 18	16,7	-0,1	1A				
<b>Hematócrito (Automação) (%)</b>	SDG01	68	4	29,5	2,14	7,3	25,2 a 33,8	26,6	-0,67	1A	3A	3A	3A	100
EQU Sysmex KX21N	SDG02	68	4	39,9	3,45	8,6	33 a 46,8	35,4	-0,65	1A				
	SDG03	68	4	51,75	3,85	7,4	44 a 59,5	46,8	-0,64	1A				
<b>Hematócrito (Microhematócrito) (%)</b>	SDG01	138	26	28,33	1,36	4,8	26 a 31	27,0	-0,5	1A	3A	3A	3A	100
Centrífuga STI Hemata Stat II	SDG02	138	26	37,01	1,37	3,7	34 a 40	35,0	-0,67	1A				
	SDG03	138	26	47,68	2,21	4,6	44 a 52	46,0	-0,39	1A				

O Perfil de Resultados complementa o Relatório de Avaliação.

A Adequado  
I Inadequado  
NR Não realizado

NR\*/A\*/I\* Sem efeito para o %A  
EDU Ensaio oferecido por educação  
NPJ Não participação justificada

(\*) Resultado da rodada especial  
NA02 Não avaliado por atraso no reporte dos resultados  
NA08 Não avaliado por decisão do Grupo Assessor

NA10 Não avaliado por não formação de grupo ou por comportamento atípico  
NA12 Não avaliado por sistema analítico não identificado ou impróprio

NA21 Soma de NA08, NA10 e NPJ  
NA22 Soma de NA02 e NA12  
\*\* Dado normalizado