Programa de

Controle Interno

Imuno-hematologia Automação II

Controllab
Lado a lado com você

REF 3 níveis x 3 itens x 2,0mL – Sangue Total
2 níveis x 1 item x 3,0mL – Soro
Número de catálogo | Número de catálogo | Catalog number

LOT IHHAII-160 (Sangue Total I) IHSAII-108 (Soro I)
IHHAII-161 (Sangue Total II) IHSAII-109 (Soro II)
IHHAII-162 (Sangue Total III)
Identificação do lote | Identificación del lote | Lot identification code

EXP 2023-12-14
Utilizar até (AAAA-MM-DD) | Usar hasta el (AAAA-MM-DD) | Use until (YYYY-MM-DD)

MATERIAL DE CONTROLE

É composto por soro e sangue total, prontos para uso nos métodos automatizados, exceto para os sistemas da Ortho-Clinical Diagnostics e da Grifols.

ESTABILIDADE E ARMAZENAGEM

O material deve ser armazenado à temperaturas entre 2 a 8°C. Manter fechado para evitar evaporação ou contaminação.

Importante: O material não deve ser congelado.

Este material permanece estável até o prazo de validade informado no rótulo, desde que respeitadas as instruções de manuseio e armazenamento.

PROCEDIMENTO DE USO

Sangue Total:

(1) Homogeneizar em homogeneizador orbital por 2 minutos ou rolar entre as palmas das mãos 12 vezes ou por 20 segundos, invertendo o frasco e repetindo o rolamento até que todo o conteúdo esteja bem homogeneizado;

(2) Retirar a tampa e proceder conforme rotina, se atentando para a necessidade ou não de centrifugação antes da análise conforme o modelo do equipamento.

Soro:

(1) Homogeneizar o material até ter certeza de que todo o conteúdo do tubo foi bem homogeneizado;

(2) Retirar a tampa e proceder conforme rotina.

Atenção: Ao finalizar a análise, reunir novamente o sangue centrifugado com o plasma correspondente e rearmazenar de 2 a 8ºC para conservação do material.

ATENÇÃO

Este material é de origem biológica e deve ser manuseado e descartado de acordo com as Regras de Biossegurança e Boas Práticas de Laboratório. Siga os procedimentos de biossegurança adotados pelo laboratório para amostras de pacientes, incluindo:

- luvas descartáveis;
- vestuário de proteção;
- equipamento protetor adequado para olhos/face;
- ter um "lava olhos" próximo ao local de manuseio da amostra.

CUIDADOS:

- evitar contato com a pele e olhos;
- nunca pipetar pela boca;
- não manusear lentes de contato no setor técnico;
- não comer, beber, fumar ou aplicar cosméticos no setor técnico;
- lavar a roupa contaminada antes de voltar a utilizá-la.

ACIDENTE:

- em caso de projeção do material sobre as mucosas de olhos, boca e nariz, lavar abundantemente com água.
- se o produto for aos olhos e estiver utilizando lentes de contato na hora do acidente, retirá-las, se possível, e continuar enxaguando.
- em contato com a pele, por meio de respingo ou corte, lavar imediatamente com água e sabão adequado.

Em seguida, comunique imediatamente o responsável local pelo laboratório e procure orientações médicas.

RESULTADOS, INTERVALOS E UNIDADES

A valoração disponível para este material foi obtida no Laboratório de Ensaios da Controllab.

O laboratório deve comparar os resultados obtidos com os indicados nas tabelas abaixo. Caso os resultados não correspondam, verificar os procedimentos de trabalho, os métodos e os materiais utilizados. Repetir os testes do controle de qualidade após as ações corretivas necessárias.

OBS: Cada bula de controle interno pode fornecer reações e resultados diferentes. Observar se os lotes indicados nesta bula correspondem aos dos tubos utilizados.

QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE

Material produzido com rigoroso processo de produção. Seguindo todas as instruções de manuseio e armazenagem, ele representará a reprodutibilidade do laboratório.

LIMITAÇÕES

O armazenamento e manuseio impróprios do controle podem afetar os resultados, assim como os erros na técnica de ensaio podem causar resultados imprecisos.

Não utilize este material de controle na presença de hemólise acentuada, superaquecimento ou congelamento do material, e se for observada contaminação microbiológica e/ ou turvação.

Variações ao longo do tempo e entre laboratórios devem ser atribuídas à diferença de técnicas, instrumentos ou reagentes, ou às modificações introduzidas pelos fabricantes de reagentes/ equipamentos.

Caso este material não seja considerado pela Controllab como um MRC (Material de Referência Certificado), ele não deve ser utilizado pelo laboratório como calibrador ou padrão.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Kátia Cristina O'Dwyer Nery / CRF-RJ 6957

Versão 01 – 11/2023

		Classificação ABO			Classificação Rh (D)			TAD	PAI*	IAI*
	Resultados	A	B	AB	D	CDE	Controle Rh			
Sangue Total I (IHHAII-160)	AB+	**Prova Direta**			Pos	Pos	Neg	Neg	NA	NA
		Pos	Pos	Pos						
		Prova Reversa								
		Neg	Neg	NA						
Sangue Total II (IHHAII-161)	O-	**Prova Direta**			Neg	Neg	Neg	NA	NA	NA
		Neg	Neg	Neg						
		Prova Reversa								
		Pos	Pos	NA						
Sangue Total III (IHHAII-162)	TAD Pos	nt	nt	nt	nt	nt	nt	Pos	NA	NA
Soro I (IHSAII-108)	PAI Neg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Neg	nt
Soro II (IHSAII-109)	PAI Pos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pos	Anti-D

LEGENDA
nt: não testado
Pos: positivo
Neg: negativo
NA: não aplicado
TAD: Teste da Antiglobulina Direta
PAI: Teste da Antiglobulina Indireta
IAI: Identificação de Anticorpos Irregulares
* Realizado pelas metodologias Liss/Coombs e Teste Enzimático.