

# Relatório de Avaliação - Proficiência Clínica

Participante

Módulo Coprocultura I

Rodada Jan/2021

Página 1 / 2

Emissão 10/03/2021



Ensaio	Relatório de Avaliação					Relatório Cumulativo		
	Item	GA	Resultado(s) Aceitos(s)	Resultado do Participante	Aval.	Rodada		%A
Sistema Analítico						Out/2020	Jan/2021	
<b>Identificação</b>	MCPCI01	08	Shigella flexneri Shigella sp.	Shigella flexneri	2A	4A	4A	100
	MCPCI02	07	(ausência de potencial patógeno)	(ausência de potencial patógeno)	2A			

O Perfil de Resultados complementa o Relatório de Avaliação.

A Adequado  
I Inadequado  
NR Não realizado

NR\*/A\*/I\* Sem efeito para o %A  
EDU Ensaio oferecido por educação  
NPJ Não participação justificada

(\*) Resultado da rodada especial  
NA02 Não avaliado por atraso no reporte dos resultados  
NA08 Não avaliado por decisão do Grupo Assessor

NA10 Não avaliado por não formação de grupo ou por comportamento atípico  
NA12 Não avaliado por sistema analítico não identificado ou impróprio

NA21 Soma de NA08, NA10 e NPJ  
NA22 Soma de NA02 e NA12  
\*\* Dado normalizado

# Relatório de Avaliação - Proficiência Clínica

Participante

Módulo Coprocultura I

Rodada Jan/2021

Página 2 / 2

Emissão 10/03/2021



Ensaio	Relatório de Avaliação					Relatório Cumulativo		
	Item	GA	Resultado(s) Aceitos(s)	Resultado do Participante	Aval.	Rodada		%A
Sistema Analítico						Out/2020	Jan/2021	
<b>Teste de Sensibilidade</b>								
Ampicilina	MCPCI01	381	Sensível	Sensível	1A	NR*	3A	100
Shigella flexneri	Ciprofloxacino	381	Sensível	Sensível	1A			
	Sulfametoxazol-Trimetoprim	381	Sensível	Sensível	1A			

O Perfil de Resultados complementa o Relatório de Avaliação.

A Adequado  
I Inadequado  
NR Não realizado

NR\*/A\*/I\* Sem efeito para o %A  
EDU Ensaio oferecido por educação  
NPJ Não participação justificada

(\*) Resultado da rodada especial  
NA02 Não avaliado por atraso no reporte dos resultados  
NA08 Não avaliado por decisão do Grupo Assessor

NA10 Não avaliado por não formação de grupo ou por comportamento atípico  
NA12 Não avaliado por sistema analítico não identificado ou impróprio

NA21 Soma de NA08, NA10 e NPJ  
NA22 Soma de NA02 e NA12  
\*\* Dado normalizado